

**МИКРОАМПЕРМЕТР  
МИЛЛИВОЛЬТМЕТР**

**М4201**

**ПАСПОРТ**



Свидетельство о приемке

Гарантия изготовителя

Прибор соответствует техническим условиям ТУ 25-0444.017-85 и признан годным для эксплуатации.

Гарантийный срок хранения -- 6 месяцев с момента изготовления прибора. Гарантийный срок эксплуатации -- 12 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию.

Основные технические данные и характеристики		Комплектность											
Класс точности	Диапазон измерений	Масса прибора, кг, не более	Масса калиброванных проводов, кг, не более	Габаритные размеры, мм, не более	Масса паятинового сплава, г	Прибор, шт.	Гайка М3, шт.	Шайба 3, шт.	Шайба пружинная 3, шт.	Провода калиброванные, пара	Инструкция по эксплуатации на партию приборов (по требованию заказчика), экз.	Паспорт, экз.	Дата выпуска
1,5	60-0-60 мВ	0,16		80×80×50		1	1	1	1	1	1	1	16 ВЕР 2014

ОТК  
С/П